

試験成績報告書

有田町長 松尾 佳昭 様

No. 202500188

採取年月日：令和 7年 4月 9日

令和 7 年 4 月 16 日

採取者：荻野 裕義

水道法登録検査機関 第172号

試料名：給水栓水

西部環境調査株式会社

採取場所：境野公民館給水栓

859-3153

天 候：晴

長崎県佐世保市三川内新町26

气温: 23.6℃

TEL 0956-20-3232

水 温: 16.3℃

FAX 0956-20-3233

検査責任者 土橋敏博

試験の結果を以下に報告します。

[illegible]

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和7年4月9日
- ・検査期間：令和7年4月9日～令和7年4月9日
- ・遊離残留塩素：0.47mg/L
- ・検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験成績報告書

有田町長 松尾 佳昭 様

No. 202500189

採取年月日： 令和 7年 4月 9日

令和 7 年 4 月 16 日

採取者：荻野 裕義

水道法登録検査機関 第172号

試料名：給水栓水

西部環境調査株式会社

採取場所：楠木原公民館給水栓

〒859-3153

天 候：晴

長崎県佐世保市三川内新町26-1

气温: 23.6℃

TEL 0956-20-3232

水 温: 16.0℃

FAX 0956-20-3233

検査責任者 土橋敏博

試験の結果を以下に報告します。

[illegible]

備考

- ・判定：上記水質基準項目は、水質基準に適合する。
- ・受託年月日：令和7年4月9日
- ・検査期間：令和7年4月9日～令和7年4月9日
- ・遊離残留塩素：0.36mg/L
- ・検査員の職及び氏名は、別紙に示す。

試験方法、定量下限値及び水質検査員氏名

試 験 項 目	試 験 方 法	定量 下限値	検査員	試 験 項 目	試 験 方 法	定量 下限値	検査員
一般細菌	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第1 標準寒天培地法	0個/mL	諸石圭一	総トリハロメタン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.01mg/L	山本貴史
大腸菌	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第2 特定酵素基質培地法	—	諸石圭一	トリクロロ酢酸	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第17の2 LC-MS法	0.003mg/L	久野佑一郎
カドミウム及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.0003mg/L	嶋田絵美	ブロモジクロロメタン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.003mg/L	山本貴史
水銀及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第7 還元気化-原子吸光光度法	0.00005mg/L	中原美和子	ブロモホルム	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.009mg/L	山本貴史
セレン及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.001mg/L	嶋田絵美	ホルムアルデヒド	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第19の2 誘導体化-HPLC法	0.008mg/L	山本貴史
鉛及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.001mg/L	嶋田絵美	亜鉛及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.001mg/L	嶋田絵美
ヒ素及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.001mg/L	嶋田絵美	アルミニウム及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.02mg/L	嶋田絵美
六価クロム化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.002mg/L	嶋田絵美	鉄及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.01mg/L	嶋田絵美
亜硝酸態窒素	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第13 イオンクロマトグラフ法	0.004mg/L	久野佑一郎	銅及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.005mg/L	嶋田絵美
シアン化物イオン及び塩化シアン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第12 IC-PC吸光光度法	0.001mg/L	荒木泰一朗	ナトリウム及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.1mg/L	嶋田絵美
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第13 イオンクロマトグラフ法	0.02mg/L	久野佑一郎	マンガン及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.005mg/L	嶋田絵美
フッ素及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第13 イオンクロマトグラフ法	0.05mg/L	久野佑一郎	塩化物イオン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第13 イオンクロマトグラフ法	0.2mg/L	久野佑一郎
ホウ素及びその化合物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第6 ICP-MS法	0.02mg/L	嶋田絵美	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第22 滴定法	5mg/L	嶋田絵美
四塩化炭素	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.0002mg/L	山本貴史	蒸発残留物	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第23 重量法	20mg/L	中原美和子
1,4-ジオキサン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.005mg/L	山本貴史	陰イオン界面活性剤	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第24 固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	久野佑一郎
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.004mg/L	山本貴史	ジェオスミン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第25 パージ・トラップ-GC-MS法	0.000001mg/L	山本貴史
ジクロロメタン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.002mg/L	山本貴史	2-メチルイソボルネオール	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第25 パージ・トラップ-GC-MS法	0.000001mg/L	山本貴史
テトラクロロエチレン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.001mg/L	山本貴史	非イオン界面活性剤	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第28 固相抽出-吸光光度法	0.005mg/L	久野佑一郎
トリクロロエチレン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.001mg/L	山本貴史	フェノール類	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第29の2 固相抽出-LC-MS法	0.0005mg/L	久野佑一郎
ベンゼン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.001mg/L	山本貴史	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第30 全有機炭素計測定法	0.3mg/L	荒木泰一朗
塩素酸	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第13 イオンクロマトグラフ法	0.06mg/L	久野佑一郎	pH値	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第31 ガラス電極法	—	諸石圭一
クロロ酢酸	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第17の2 LC-MS法	0.002mg/L	久野佑一郎	味	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第33 官能法	—	諸石圭一
クロロホルム	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.006mg/L	山本貴史	臭気	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第34 官能法	—	諸石圭一
ジクロロ酢酸	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第17の2 LC-MS法	0.003mg/L	久野佑一郎	色度	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第36 透過光測定法	0.5度	諸石圭一
ジブロモクロロメタン	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第14 パージ・トラップ-GC-MS法	0.01mg/L	山本貴史	濁度	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第41 積分球式光電光度法	0.1度	諸石圭一
臭素酸	厚生労働省告示第261号(平15) 別表第18の2 LC-MS法	0.001mg/L	久野佑一郎	以下余白			